fimA TEST 検体採取マニュアル

安定した検査結果を得るために、 下記の注意事項を守って実施してください。

（1）検体採取には弊社指定のマイクロブラシまたは清潔な綿棒をお使いください。

（2）歯の表面を 3 往復ほど擦るか、 歯周ポケットに直接挿入して検体を採取してください。

（3） マイクロブラシまたは綿棒の先端に十分な検体が付着するようにしてください。

（4）採取時にマイクロブラシまたは綿棒が舌や唾液などに触れないようにしてください。

（5）検体採取後にマイクロブラシまたは綿棒を 15 分ほど室温に置いて自然乾燥させてください。

（6） チャック付ビニール袋に密閉してご送付ください。

菌体量は 10^1 以下でも測定可能ですが、P. gulae 菌が存在しない、 もしくは検出感度以下の場合には、 判定不能になることがあります。 ご了承下さい。

SPECTRUM LAB.JAPAN
Veterinary Allergy Diagnostics & Management